


## INFORME DE RESULTADOS

<b>EMPRESA:</b>	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.			
<b>ATENCION A:</b>	ING. MIGUEL ANGEL MARQUEZ LOPEZ			
<b>DIRECCION:</b>	AV. FARAONES No. 499, MZ. 248 LT. 52, FRACC. LAS PIRÁMIDES, REYNOSA, TAMAULIPAS			
<b>TIPO DE MUESTRA:</b>	ESPECIALES ( LODOS PARA NOM-004-SEMARNAT-2002)			
<b>LUGAR DE MUESTREO:</b>	LODOS (PTAR PIRAMIDES)			
<b>MUESTRA:</b>	MUESTRA SOLIDA			
<b>CODIGO DE MUESTRA:</b>	ESP21-1844	<b>PLAN DE MUESTREO:</b>	261121	
<b>MUESTREADO POR:</b>	Arnulfo Luis Palacios Garcia	<b>FECHA DE MUESTREO:</b>	26 DE NOVIEMBRE DE 2021	
<b>REFERENCIAS DE MUESTREO:</b>	MU-PT-06	<b>FECHA DE RECEPCION:</b>	27 DE NOVIEMBRE DE 2021	
<b>PERIODO DE ANALISIS:</b>	27 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2021			

PARÁMETRO	MÉTODO DE ANÁLISIS	UNIDAD	RESULTADO
Arsenico <sup>□</sup>	NOM-004-SEMARNAT-2002 ANEXO VI	mg/kg	3.557
Cadmio <sup>□</sup>	NOM-004-SEMARNAT-2002 ANEXO VI	mg/kg	< 30.000
Cobre <sup>□</sup>	NOM-004-SEMARNAT-2002 ANEXO VI	mg/kg	280.937
Coliformes Fecales <sup>□</sup>	NOM-004-SEMARNAT-2002 ANEXO III	NMP/g ST	< 3
Cromo <sup>□</sup>	NOM-004-SEMARNAT-2002 ANEXO VI	mg/kg	< 400.000
Huevos de Helminto <sup>□</sup>	NOM-004-SEMARNAT-2002 ANEXO V	HH/2 g ST	0
Mercurio <sup>□</sup>	NOM-004-SEMARNAT-2002 ANEXO VI	mg/kg	< 0.500
Niquel <sup>□</sup>	NOM-004-SEMARNAT-2002 ANEXO VI	mg/kg	< 300.000
Plomo <sup>□</sup>	NOM-004-SEMARNAT-2002 ANEXO VI	mg/kg	324.773
Salmonella <sup>□</sup>	NOM-004-SEMARNAT-2002 ANEXO IV	NMP/ g ST	23
Solidos Totales <sup>□</sup>	SM-2540-G-1992	%	48.3000
Solidos Volátiles Totales <sup>□</sup>	SM-2540-G-1992	%	15.0000
Zinc <sup>□</sup>	NOM-004-SEMARNAT-2002 ANEXO VI	mg/kg	411.876

NOTAS:  
 - (□) PARÁMETRO CONTRATADO  
 - INTERPRETAR EL PUNTO (.) COMO UN SIGNO DECIMAL DE ACUERDO A LA NOM-008-SCFI-2002  
 - EL LABORATORIO MILAI, S.C. NO DETERMINA LA REGLA DE DECISIÓN YA QUE NO SE HACE DECLARACIÓN DE LA CONFORMIDAD A MENOS DE QUE EL CLIENTE LO SOLICITE O UNA AUTORIDAD O DEPENDENCIA PARA LO CUAL EL CLIENTE O LA AUTORIDAD PRESCRIBEN LA REGLA DE DECISIÓN.  
 (\*) LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EMA A.C. CON No. DE ACREDITACION A-0127-008/09 VIGENTE A PARTIR DEL 2009/12/15



**LIC. ETSUKO OKADA**  
 REPRESENTANTE LEGAL Y AUTORIZADO ANTE LA EMA A.C.



**DR. EN C. CLAUDIO CHAVEZ JUSTO**  
 SIGNATARIO AUTORIZADO ANTE LA EMA A.C.

**FECHA DE EMISION: 14 DE DICIEMBRE DE 2021**

LOS RESULTADOS DE ESTE REPORTE CORRESPONDEN ÚNICAMENTE AL PRODUCTO ANALIZADO  
 ESTE INFORME DE RESULTADOS ES ÚNICO Y NO PUEDE SER REPRODUCIDO  
 TOTAL O PARCIALMENTE SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DE MILAI, S.C.

Pág. 1/1

CODIGO	EDICION
GC-PA-04F-1	1

